



PROT. 74307

VITERBO, 19-09-2024

AVVISO PER INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO PER L' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE E RELATIVI CONSUMABILI NECESSARI ALL' UOC SIMT TRASFUSIONALE P.O. BELCOLLE.

Si rende noto che codesta Azienda Sanitaria intende affidare ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/23 la fornitura in noleggio di apparecchiature e relativi consumabili necessari per la UOC SIMT trasfusionale, fino al raggiungimento della soglia di € 140.000,00 Iva esclusa.

Si tratta di un'indagine conoscitiva, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

OGGETTO

La fornitura deve essere composta da:

APPARECCHIATURE	QUANTITA' TOTALE
Connettore Sterile a saldatura singola	2
Scongelatore di sacche	1
Centrifuga da banco	1
Apparecchio marcatempo multiuso	1

CONSUMABILI	QUANTITA' ANNUA
Elemento saldante monouso per connessione sterile	8.000

Dovrà essere garantita l' assistenza full-risk per tutto il periodo contrattuale, comprendente manodopera e parti di ricambio per ciascun apparecchio.

SPECIFICHE DELLA FORNITURA

Le apparecchiature proposte devono rispondere pienamente ai requisiti minimi più avanti indicati.

Le apparecchiature devono essere conformi alle disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinate secondo le modalità di impiego dell'apparecchiatura medesima in tema di sicurezza.

I consumabili proposti devono avere una data di validità di almeno 24 mesi dalla produzione.

REQUISITI DI MINIMA APPARECCHIATURE:

Apparecchiatura per la connessione sterile:

- Dispositivo dotato della capacità di effettuare connessioni sterili con tubi: pieno/pieno - pieno/vuoto – vuoto/vuoto.
- Dispositivo capace di garantire l'automazione in tutte le fasi del processo.
- Dispositivo a saldatura singola.
- Dispositivo conforme alle certificazioni d'uso previste per gli apparecchi da laboratorio.

Scongelatore rapido di sacche:

- Apparecchio dotato di due vani per lo scongelamento.
- Capacità di scongelamento sacche fino ad un massimo di 700ml di volume
- Apparecchio dotato di monitoraggio in tempo reale della temperatura.

Centrifuga da banco:

- Centrifuga da banco di dimensioni contenute e silenziosa.
- Centrifuga con capacità minima di 16 provette.
- Centrifuga di semplice pulizia.

Apparecchio marcatempo multiuso:

- Dispositivo dotato di sincronizzazione orologio esterna ed elettronica.
- Dotato di sistema di timbratura elettrica o manuale.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La procedura di affidamento sarà svolta ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 rientrante nella soglia dell'affidamento diretto e l'Operatore Economico che intende partecipare alla procedura dovrà presentare **preventivo tecnico-economico** a questa Azienda a mezzo PEC : prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it e contestualmente all'indirizzo mail: patrizia.paoletti@asl.vt.it **entro il giorno 30.09.2024** dichiarando:

- che non ricorrono le cause di esclusione di cui agli articoli 90 e 98 del D.Lgs 36/2023.
- di essere iscritti alla C.C.I.A.A. per l'esercizio dell'attività oggetto della presente;
- di essere iscritti alla piattaforma di negoziazione telematica della Regione Lazio S.TEL.LA oppure di aver presentato istanza di iscrizione;

La richiesta dovrà essere corredata da fotocopia di un valido documento di identità del soggetto sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 445/00 e s.i.m, e da dichiarazione di disponibilità alla consegna e installazione della fornitura entro e non oltre 30 giorni solari dall' ordinativo NSO.

Responsabile Unico del Progetto: Dr.ssa Tania Morano.

Tale indagine esplorativa di mercato non vincola in alcun modo l'Azienda Sanitaria ad assumere alcun rapporto lavorativo.

p.p.

La Dirigente Responsabile U.O.S. Adempimento e Controllo Applicazione dei Contratti
e Gestione del Budget Centrale e Settoriale

Dr.ssa Tania Morano



