

ASL
VITERBO**Unità Operativa Complessa E-Procurement**

Via Enrico Fermi, 15

01100 VITERBO

Direttore ad interim: Dr.ssa Simona Di Giovanni

Tel. 0761 237825 – Fax 0761 237837

e-mail simona.digiovanni@asl.vt.it**Settore Beni Investimento e Informatica**

Tel. 0761 237841/843 – Fax 0761 237837

e-mail francesca.dipietro@asl.vt.itREGIONE
LAZIO

PROT. N° 34356

VITERBO, 16-04-2025

PUBBLICAZIONE SUL PORTALE ASL VITERBO

PUBBLICAZIONE SU PIATTAFORMA REGIONE LAZIO S.TEL.LA

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE**MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE CHIAVI IN MANO, IN NOLEGGIO, DI N. 1 MICROSCOPIO ENDOTELIALE PER UOC OCULISTICA E RETE TERRITORIALE P.O. VITERBO E N. 1 MICROSCOPIO OPERATORIO PER UOC OCULISTICA E RETE TERRITORIALE P.O. ACQUAPENDENTE.**

E' intenzione di questa ASL Viterbo procedere all'espletamento di una procedura negoziata senza bando, suddivisa in due lotti a singola aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera e) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., tramite RDO su piattaforma Regione Lazio "S.TEL.LA." ovvero eventuale RDO ME.PA., in caso di non iscrizione delle Ditte interessate alla piattaforma regione Lazio S.TEL.LA., volta alla fornitura ed installazione chiavi in mano, in noleggio triennale, di n. 1 microscopio endoteliale per UOC Oculistica e Rete Territoriale P.O. Viterbo (LOTTO 1) e n. 1 microscopio operatorio per UOC Oculistica e Rete Territoriale P.O. Acquapendente (LOTTO 2), configurati come da documento tecnico allegato alla presente.

Base d'asta triennale Lotto 1: € 34.000,00 IVA esclusa.**Base d'asta triennale Lotto 2: € 179.000,00 IVA esclusa.****Requisiti minimi di partecipazione:****L'operatore economico deve:**

a) aver eseguito negli ultimi dieci anni antecedenti alla pubblicazione della presente manifestazione almeno N. 5 forniture analoghe a quelle oggetto dell'avviso di cui si tratta, anche a favore di soggetti privati (**microscopi per oculistica**), fornendo l'indicazione di:

- ogni valore contrattuale;
- del soggetto contraente (pubblico/privato), con relativi contatti PEC;
- del periodo di riferimento in caso di fornitura in noleggio ovvero dell'anno di riferimento in caso di fornitura in acquisto;

(se in possesso allegare le certificazioni di buona esecuzione delle forniture a comprova del requisito minimo richiesto)

b) espletare le attività di consegna-installazione-collauda-formazione, nonché eseguire ritiro e smaltimento con produzione FIR (laddove richiesto) entro e non oltre 45 giorni solari decorrenti dalla data di stipula contrattuale.

Gli operatori economici interessati dovranno presentare apposita istanza di partecipazione, su carta intestata, da inviare in risposta alla presente consultazione di mercato su piattaforma Regione Lazio S.TEL.LA., ovvero tramite PEC ai seguenti indirizzi, prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it e p.c. francesca.dipietro@asl.vt.it, dichiarando l'interesse a partecipare alla procedura e indicando:

RAGIONE SOCIALE

P.IVA

INDIRIZZO

TELEFONO

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE

VITERBO

PARTITA IVA 01455570562

VIA ENRICO FERMI, 15

01100 VITERBO

TEL. +39 0761 3391

PEC prot.gen.asl.vt.it@legalmail.itwww.asl.vt.it

E-MAIL

PEC

entro e non oltre il **02/05/2025 ore 12:00** riportando nell'oggetto: **ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE CHIAVI IN MANO, IN NOLEGGIO, DI N. 1 MICROSCOPIO ENDOTELIALE PER UOC OCULISTICA E RETE TERRITORIALE P.O. VITERBO (LOTTO 1) o/e ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE CHIAVI IN MANO, IN NOLEGGIO, DI N. 1 MICROSCOPIO OPERATORIO PER UOC OCULISTICA E RETE TERRITORIALE P.O. ACQUAPENDENTE (LOTTO 2).**

Nell'istanza di partecipazione l'operatore economico dovrà presentare i documenti che seguono (requisiti minimi di partecipazione).

- una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., con la quale:

- 1) attesta di aver eseguito negli ultimi dieci anni antecedenti alla pubblicazione della presente manifestazione almeno N. 5 forniture analoghe a quelle oggetto dell'avviso di cui si tratta, anche a favore di soggetti privati (**microscopi per oculistica**), fornendo l'indicazione di:
 - ogni valore contrattuale;
 - del soggetto contraente (pubblico/privato), con relativi contatti PEC;
 - del periodo di riferimento in caso di fornitura in noleggio ovvero dell'anno di riferimento in caso di fornitura in acquisto;
 (se in possesso allegare le certificazioni di buona esecuzione delle forniture a comprova del requisito minimo richiesto)
- 2) comunica il fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di pubblicazione della presente.

Dovranno inoltre essere fornite le dichiarazioni/documentazioni che seguono.

- una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., con la quale l'Operatore Economico:
- attesta che nei propri confronti non sussistono le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
 - attesta di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per l'esercizio dell'attività oggetto di fornitura;
 - attesta di essere in possesso di tutti i requisiti minimi richiesti, nessuno escluso;
 - attesta di essere iscritto alla piattaforma Regione Lazio "S.TEL.LA." ovvero di aver presentato istanza di iscrizione (nel caso di mancata iscrizione alla piattaforma Regione Lazio "S.TEL.LA." l'operatore economico dovrà dichiarare di essere iscritto almeno alla piattaforma nazionale Me.Pa.-Consip);
 - comunica il cronoprogramma di consegna-installazione-collaudato-formazione, nonché esecuzione delle attività di ritiro e smaltimento con produzione FIR (laddove richiesto), nel rispetto dei termini massimi fissati in 45 giorni solari decorrenti dalla data di stipula contrattuale.

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere trasmessa con file firmati digitalmente e corredata dal documento d'identità del Legale Rappresentante o soggetto giuridicamente titolato dell'impresa.

Si rimanda integralmente al Documento Tecnico in allegato per quanto attiene alle specifiche tecniche che dovranno essere possedute dalle tecnologie occorrenti, alle modalità di erogazione del servizio di assistenza tecnica e manutenzione in corso di durata contrattuale, quant'altro di natura tecnica.

Qualora, alla scadenza del termine indicato del **02/05/2025 ore 12:00**, pervenga un numero di idonee manifestazioni di interesse superiore a n. 5 (cinque), la Stazione Appaltante procederà alla selezione di n. 5 (cinque) operatori economici da invitare alla procedura negoziata, secondo la modalità di seguito elencata:

- n. 3 operatori economici con il maggiore valore di fatturato globale dichiarato, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di pubblicazione della presente;
- n. 2 operatori economici con il minore valore di fatturato globale dichiarato, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di pubblicazione della presente.


Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse ed è atto a favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici.

Le manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo l'Azienda all'affidamento in quanto hanno come unico scopo quello di rendere noto all'Amministrazione l'intenzione di partecipare all'eventuale procedura che sarà espletata e la disponibilità ad essere invitati per presentare apposita offerta.

La presente NON costituisce dunque in alcun modo impegno all'acquisto.

La procedura per l'affidamento, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. e) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., sarà eventualmente espletata su piattaforma Regione Lazio S.TEL.LA. e solo nel caso in cui l'operatore economico non risulti iscritto a detta piattaforma sarà espletata su Me.PA..

Il Dirigente Responsabile
UOS Adempimento e Controllo Applicazione dei contratti e
gestione del budget centrale e settoriale
Dr.ssa Tania Morano



FDP
Lp

DOCUMENTO TECNICO

«Fornitura ed installazione, chiavi in mano, nella formula di noleggio triennale di numero 1 Microscopio Endoteliale da destinare UOC Oculistica e Rete Territoriale PO Santa Rosa e numero 1 microscopio operatorio da destinare alla UOC Oculistica e Rete Territoriale PO Acquapendete della ASL di Viterbo»

OGGETTO DELL'INDAGINE ESPLORATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente Procedimento ha ad oggetto:

- a) Procedura [REDACTED], divisa in due lotti a singola aggiudicazione in regime di noleggio triennale di n. 1 Microscopio Endoteliale e n. 1 Microscopio Operatorio comprensivo dell'installazione, di ogni accessorio e di quant'altro dovesse risultare necessario per il regolare, corretto e sicuro uso e funzionamento delle Apparecchiature fornite;
- b) l'erogazione di Servizi Accessori di manutenzione *full risk* ed assistenza tecnica sul sistema fornito per l'intero periodo di validità del noleggio;
- c) ritiro e smaltimento del microscopio operatorio di Acquapendente con FIR.

Le forniture dovranno essere consegnate ed installate chiavi in mano presso :

- MICROSCOPIO ENDOTELIALE UOC Oculistica e Rete Territoriale –Ambulatorio- Ospedale Santa Rosa di Viterbo.
- MICROSCOPIO OPERATORIO Oculistica e Rete Territoriale –Ambulatorio- Ospedale Acquapendente Blocco Operatorio.

L'importo massimo disponibile e non superabile per il noleggio triennale dei sistemi sopra indicati è fissato in € 213.000,00 oltre IVA pari a 71.000,00 euro iva esclusa annuale.

- Lotto 1: MICROSCOPIO ENDOTELIALE: 34.000,00 oltre IVA per 3 anni
- Lotto 2: MICROSCOPIO OPERATORIO: 179.000,00 oltre IVA per 3 anni

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE PRESTAZIONI

Premessa

L'eventuale presenza di acronimi o definizioni di funzionalità proprietarie utilizzate nel presente articolo non deve essere intesa come elemento di esclusiva, ma come "definizione meramente indicativa", volta ad individuare le funzioni richieste e tutte quelle alle stesse equivalenti.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura, le caratteristiche minime stabilite nel presente Documento Tecnico, nel rispetto del principio di equivalenza.

PRINCIPIO DI EQUIVALENZA

Come previsto dal D.lgs. 36/2023, in particolare all'allegato II.5-Specifiche tecniche ed etichettature, è possibile presentare offerta per tecnologie e/o materiali di consumo anche non conformi alle specifiche sotto riportate purché funzionalmente equivalente dal punto di vista clinico. In tal caso l'offerta (e segnatamente la documentazione tecnica) dovrà essere obbligatoriamente corredata da una relazione tecnica o altro mezzo appropriato che, evidenziando le non conformità, motivi l'equivalenza funzionale anche con eventuali riferimenti bibliografici.

Le apparecchiature devono essere dotate di tutte le parti e gli accessori necessari al loro corretto, sicuro ed immediato completo funzionamento.

Le apparecchiature dovranno possedere le caratteristiche tecniche e funzionali dettagliate di seguito.

A. CARATTERISTICHE TECNICHE

LOTTO 1**N.1 MICROSCOPIO ENDOTELIALE**

Microscopio speculare endoteliale computerizzato per analisi "no - contact" dell'endotelio corneale e pachimetria integrata avente le seguenti caratteristiche di minima:

- Funzioni di auto allineamento e auto misurazione,
- Schermo a colori LCD Touch Screen di grandi dimensioni reclinabile,
- Possibilità di indagine su 13 punti differenti: cornea centrale, para-periferia e periferia
- Area di misurazione di dimensioni indicativamente non inferiori a 0,2 x 0,5 mm;
- Scansione fotografica automatica,
- Analisi di almeno 12 immagini
- Possibilità di analisi e misurazione, per ciascuna area acquisita, dei seguenti parametri:
 - Numero di cellule;
 - Analisi di almeno 200 cellule
 - Densità cellulare/mmq;
 - Dimensione cellulare media, minimo e massimo;
 - Deviazione standard;
 - Coefficiente di variabilità CV;
- Visualizzazione grafica (istogrammi) delle statistiche di distribuzione delle dimensioni (polimegatismo) e delle forme (pleiomorfismo);
- Analisi automatica e manuale.
- Misurazione dello spessore corneale con precisione di almeno 10 micron;
- Modalità di acquisizione non contact manuale ed automatica in auto allineamento, autofocus e autoacquisizione;
- Velocità di acquisizione non superiore a 3 secondi/occhio
- Database con possibilità di archiviare più esami dello stesso paziente nel tempo, richiamo per anagrafica, per patologia, per data, per esecutore dell'esame
- Possibilità di esportazione delle immagini in formati comuni (jpeg, png, TIFF) tramite USB
- Stampante a colori in A4;
- Tavolo a movimento elettrico con mentoniera integrata;
- Interfaccia di collegamento per trasferimento dati a PC e/o stampante esterna;
- Interfaccia utente semplice ed intuitiva con possibilità di selezione di funzioni ed impostazioni e gestione dei menù;
- Dotato di tutti gli accessori necessari per un completo funzionamento, inclusa eventuale memoria rimovibile di archivio dati;
- Sistema ergonomico, di facile utilizzo e sanificazione di tutte le componenti

LOTTO 2**N.1 MICROSCOPIO OPERATORIO**

Microscopio operatorio per oftalmologia con stativo, dotato di almeno le seguenti caratteristiche:

- Dotato di freni elettromagnetici,
- obiettivo f=200mm
- illuminazione a LED o Xenon, senza ausilio di fibra ottica per minore perdita di luce nel tempo
- completo di sistema video Full-HD C100 con USB recording
- monitor medico non inferiore a 22" HD
- pedaliera wireless 14 funzioni
- sistema XY

- tubo binoculare 10-50° tipo II Ultra basso, secondo osservatore ruotabile con tubo binoculare inclinato tipo II,
- predisposto per sistema panoramico per interventi di retina e invertitore di immagine SDI 4, per possibile futura implementazione

DICHIARAZIONE CONFORMITA' E CERTIFICAZIONI CE VALIDO PER ENTRAMBE I LOTTI

Dovranno essere presentate, in sede di proposta tecnica, le seguenti documentazioni:

- dichiarazioni di conformità e certificazioni CE ai sensi della Direttiva 93/42/CE e s.m.i., ovvero del Regolamento UE 2017/745, con indicato l'eventuale identificativo dell'Organismo che l'ha rilasciata;
- dichiarazioni di conformità alla norma EN 60601-1 (CEI 62-5), alle norme particolari, secondo i casi, ed alle norme di prodotto applicabili.

La ditta dovrà dichiarare espressamente nella proposta che le apparecchiature proposte sono costruite a regola d'arte e sono conformi alle prescrizioni previste dalla normativa italiana in materia.

All'atto del collaudo, dovrà essere consegnato manuale d'uso in duplice copia in formato cartaceo/digitale, in lingua italiana.

È possibile presentare proposta per un'apparecchiatura anche non conforme alle specifiche sopra riportate purché funzionalmente equivalente dal punto di vista clinico. In tal caso la proposta dovrà essere corredata da una relazione tecnica che, evidenziando le non conformità, motivi l'equivalenza funzionale anche con eventuali riferimenti bibliografici.

SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA VALIDO PER ENTRAMBE I LOTTI

Il Fornitore dovrà erogare un servizio di manutenzione *full risk* e di assistenza tecnica, comprensivo di tutti gli interventi che dovessero rendersi necessari, per tutto il periodo del noleggio, a decorrere dalla data del collaudo tecnico di accettazione riportante esito positivo.

Durante l'anzidetto periodo di noleggio dovrà altresì essere assicurato il perfetto e costante funzionamento delle Apparecchiature fornite.

In particolare, l'impresa su tutte le Apparecchiature di cui alla lettera A), comprensive di periferiche, accessori, parti di ricambio, nonché di ogni altro componente che dovesse risultare necessario per il regolare, corretto e sicuro uso e funzionamento delle attrezzature stesse, dovrà garantire le seguenti prestazioni, pena l'applicazione delle penali previste:

- Manutenzione Programmata, in numero non inferiore a 1 anno o in numero maggiore secondo le indicazioni del costruttore;
- interventi di Manutenzione Correttiva in numero illimitato, da effettuarsi entro le tempistiche dichiarate e comunque entro e non oltre 8 ore lavorative dalla chiamata, finalizzati alla riparazione guasti o malfunzionamenti da qualsiasi causa determinati (i.e., difetti di fabbrica, cattivo utilizzo, imperfezione nell'installazione/montaggio, ecc...);
- in caso di guasto o malfunzionamento che, per qualsiasi ragione, dovesse comportare un'interruzione del funzionamento superiore a 3 giorni lavorativi consecutivi, sostituzione dell'Apparecchiatura (o di una o più parti di essa), con altra di uguali caratteristiche entro le tempistiche dichiarate nella proposta tecnica e comunque entro e non oltre i suddetti 3 giorni lavorativi consecutivi.

L'Azienda, a proprio insindacabile giudizio, potrà richiedere la sostituzione dell'Apparecchiatura (o di una o più parti di essa) anche in caso di guasti o malfunzionamenti frequenti e ripetuti.

PROVA CLINICO-PRATICA
VALIDO PER ENTRAMBE I LOTTI
Non è prevista prova pratica

SOPRALLUOGO
VALIDO PER ENTRAMBE I LOTTI
Non è previsto sopralluogo, salvo richiesta dell'Operatore Economico.

LUOGO E TEMPISTICHE DI CONSEGNA E INSTALLAZIONE

I Sistemi dovranno essere consegnati come segue:

MICROSCOPIO ENDOTELIALE: presso il P.O. di Santa Rosa (Str Sammartinese snc, 01100 Viterbo) , UOC Oculistica e Rete Territoriale.

MICROSCOPIO OPERATORIO: Presso il PO di Acquapendente, via Cesare Battisti
La consegna e l'installazione chiavi in mano dovranno avvenire entro e non oltre 30 giorni solari dalla ricezione, da parte dell'impresa, del Documento di Stipula MEPA/dell'ordinativo NSO, salvo tempistiche inferiori indicate nella proposta tecnica dall'impresa medesima.

L'impresa dovrà assicurare la compatibilità delle Apparecchiature con i supporti e con la preesistente impiantistica dell'Azienda. L'impresa dovrà effettuare, a propria cura e a proprie spese, tutte le modifiche e/o adeguamenti ai supporti e alla preesistente impiantistica dell'Azienda, nel caso in cui ciò sia necessario a garantire il funzionamento delle Apparecchiature, previa autorizzazione dell'Azienda medesima.

Contestualmente alla consegna delle apparecchiature, l'impresa dovrà fornire il manuale d'uso in lingua italiana, anche su supporto informatico, il manuale del sistema operativo in lingua italiana e, ove occorra, le licenze d'uso.

COLLAUDO

VALIDO PER ENTRAMBE I LOTTI

Ai fini dell'attivazione e della messa in esercizio, la ASL Viterbo, entro 15 (quindici) giorni dalla consegna/installazione di cui al precedente paragrafo, procederà con le attività di collaudo.

In particolare, ASL Viterbo procederà a verificare, per ciascuna Apparecchiatura fornita, la funzionalità e la conformità rispetto a tutte le condizioni previste dal presente Documento Tecnico, dalla proposta tecnica presentata dall'impresa, dalle vigenti norme, dagli standard e dalle prescrizioni di cui alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

Il Collaudo Iniziale avrà luogo alla data che sarà indicata dalla ASL in una apposita comunicazione che sarà trasmessa all'impresa.

In caso di mancata presentazione dell'impresa, troveranno applicazione le penali previste dal presente Documento Tecnico.

I riferimenti ASL per l'organizzazione della consegna e del collaudo sono quelli della UOC Ingegneria Clinica Impiantistica ed Edile, ed in particolare: Ing. Diego Basile, diego.basile@asl.vt.it, 3351427825 e/o Ing. Camilla Valentini camilla.valentini@asl.vt.it.

Il Collaudo Iniziale avverrà in contraddittorio tra l'impresa ed esponenti dell'Azienda, appartenenti all'UOC Ingegneria Clinica Impiantistica ed Edile ed all'U.O. destinataria delle Forniture.

Si intendono incluse nelle operazioni di collaudo anche tutte le verifiche documentali ed elettriche da parte dell'UOC Ingegneria Clinica Impiantistica ed Edile.
Alla conclusione delle attività sopra citate, sia in caso di esito positivo che negativo, sarà predisposto dall'Azienda apposito verbale di Collaudo Iniziale.
Nell'ipotesi di esito negativo, l'impresa dovrà ritirare e sostituire le Apparecchiature risultate difettose (o una o più parti di esse) entro le tempistiche dichiarate nella proposta tecnica e comunque non oltre 24 ore lavorative dalla conclusione delle attività di collaudo. Il collaudo di cui trattasi dovrà essere ripetuto entro il termine che sarà indicato dall'Azienda nell'apposito verbale. In caso di mancato o ritardato adempimento troveranno applicazione le penali previste dal presente Documento Tecnico.

Il collaudo potrà intendersi concluso solo ad integrale fornitura delle attrezzature e relativi componenti, accessori etc., nonché solo al recepimento della relativa completa documentazione cartacea, inclusi atti comprovanti l'avvenuta corretta effettuazione del percorso di formazione e dell'avvenuto ritiro/smaltimento, ove richiesto, con FIR.
Esclusivamente al completamento della pratica di collaudo nelle sopraindicate condizioni, la UOC competente potrà trasmettere copia dei documenti in parola alla UOC E-Procurement, indispensabile ai fini della liquidazione delle competenze spettanti.

FORMAZIONE

VALIDO PER ENTRAMBE I LOTTI

L'impresa dovrà inoltre garantire corsi di aggiornamento e di formazione del personale medico, paramedico e tecnico, sulla base di quanto previsto nella proposta tecnica, inviando gratuitamente in luogo tecnici specializzati che dovranno fornire, a tutto il personale Asl addetto, tutti i necessari chiarimenti tecnici e le istruzioni per l'uso. La presenza dei tecnici specializzati dovrà prolungarsi sino all'acquisizione di una sufficiente conoscenza delle apparecchiature da parte del personale Asl preposto. Al termine dell'addestramento dovrà essere rilasciato al personale Asl un attestato che certifichi l'acquisizione della idonea conoscenza delle apparecchiature installate.
L'impresa dovrà altresì garantire, per tutta la durata del noleggio, la disponibilità di personale specializzato per ulteriori necessità di addestramento e/o per consulenze.

PENALI

VALIDO PER ENTRAMBE I LOTTI

Valido per entrambi i lotti.

L'Affidatario è soggetto a penalità quando ritardi l'esecuzione delle prestazioni oggetto della fornitura richiesta rispetto ai termini indicati in sede di offerta.

Fatta salva la responsabilità da inadempimento ed il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'impresa sarà tenuta a corrispondere alla ASL Viterbo le seguenti penali:


- 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nella consegna/installazione delle Apparecchiature, rispetto al termine richiesto ovvero dichiarato con la propria offerta se migliorativo;
- 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella conclusione delle attività di collaudo, rispetto al termine richiesto ovvero dichiarato con la propria offerta se migliorativo;
- 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nel presenziare alle sedute di Collaudo che saranno concordate e calendarizzate con questa ASL;
- 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nel ritiro e nella sostituzione delle Apparecchiature (o di una o più parti di esse) risultate in fase di Collaudo difettose ovvero con vizi/difetti di fabbrica, rispetto al termine richiesto ovvero dichiarato con la propria offerta se migliorativo;
- 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nel presenziare alle sedute di Formazione che saranno concordate e calendarizzate con questa ASL;

0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'effettuare le Manutenzioni Preventive Programmate previste, che saranno concordate e calendarizzate con questa ASL;

1.5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'espletamento della Manutenzione Correttiva sulle Apparecchiature, rispetto al termine richiesto ovvero dichiarato con la propria offerta se migliorativo;

1.5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella sostituzione dell'Apparecchiatura (o di una o più parti di essa), con altra di uguali caratteristiche, entro le tempistiche dichiarate in offerta e comunque entro e non oltre 3 giorni lavorativi consecutivi, in caso di guasto bloccante o malfunzionamento che comporti interruzione del funzionamento superiore ai suddetti 3 giorni lavorativi consecutivi.

UOC INGEGNERIA CLINICA EDILE IMPIANTISTICA
Direttore Ing. Luca Ronca



UOC Oculistica e Rete Territoriale
Direttore, Dott. Enrico Zonghi

