SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL
VITERBO

REGIONE
LAZIO

U.O.C. E Procurement - Direttore ad Interim Dott.ssa Simona Di Giovanni
Settori Prodotti e Diagnostici
TEL. 0761/237854
e-mail: miranda.nasoni@asl.vt.it

PROT. 8638 VITERBO 30-01-2025

AVVISO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DA ESPLETARSI AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.Lgs. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI:
D.M. AFFERENTI ALLA CND "A" DEFLUSSORI E FILTRI

Si rende noto che questa Azienda Sanitaria Locale di Viterbo intende procedere, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n.36/2023, all'attivazione di una procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di DM afferenti alla CND lettera A come di seguito elencato:

Lotto 1: CND A030104 - REGOLATORE DI FLUSSO - Quantità annua presunta n. 1.500pz
Dispositivo con regolatore di flusso a singola scala per somministrazione controllata di soluzioni infusionali, monouso, sterile apirogeno con raccordo terminale luer lock e cappuccio di protezione, latex free e DEHP free, confezionato singolarmente

Lotto 2: CND A030201 - LINEA DI PROLUNGAMENTO - Quantità annua presunta n. 1.000pz
Dispositivo monouso sterile, apirogeno, tubo in PVC trasparente lunghezza cm 50 circa, diametro interno del tubo mm3 circa e diametro esterno mm4 circa, raccordo terminale luer lock, latex free e DEHP free, confezionato singolarmente.

Lotto 3: CND A03010101 - DEFLUSSORI PER INFUSIONE A GRAVITA' SENSA FTALATI - Quantità annua presunta n. 14.000pz
Dispositivo per fleboclisi per infusione a gravità di soluzioni infusionali e farmaci, sterile, monouso, latex free e DEHP free. Perforatore rigido ed indeformabile, con presa d'aria incorporata con filtro antibatterico e provvisto di idoneo sistema di protezione. Camera di gocciolamento in PVC trasparente provvista di filtro, comprimibile con le dita. Tubo di deflusso in PVC trasparente, flessibile, con punto di infusione ad "y", lunghezza non inferiore a 150cm circa e diametro interno 3,0mm circa, esterno 4,1mm circa. Regolatore di flusso tipo roller, connettore terminale luer lock con cappuccio protettivo, confezionato singolarmente.

Lotto 4: CND A03020101 - CODINO CON FILTRO 1,2 MICRON - Quantità annua presunta n.1.000pz
Set prolunga per la connessione tra sacca/flacone e deflussore per somministrazione di farmaci antiblastici con dispositivo Needless per infusione e prelievo senza ago con clamp di chiusura e filtro in linea da 1,2 micron – senza PVC – senza ftalati – senza lattice.

Lotto 5: CND A03020101 CODINO CON FILTRO 0,2 MICRON - Quantità annua presunta n. 1500pz
Set prolunga per la connessione tra sacca/flacone e deflussore per somministrazione di farmaci antiblastici con dispositivo Needless per infusione e prelievo senza ago adatto per TAXANI con clamp di chiusura e filtro in linea da 0,22 micron – senza PVC – senza ftalati – senza lattice.

Lotto 6: CND A03010102 - SET TRASFUSIONE SANGUE ED EMODERIVATI - Quantità annua presunta n. 8.000pz
Dispositivo monouso sterile, apirogeno latex free e DEHP free, per trasfusione di sangue all'interno del corpo umano con stringi-tubo e raccordo luer lock. Camera di gocciolamento con filtro sangue di 200 micron circa. Tubo in PVC trasparente, lungo 180cm circa. Perforatore con cappuccio senza presa d'aria per essere usato in tutti i tipi di sacche. Confezionato singolarmente.

DURATA DELLA FORNITURA

La durata della fornitura è di 36 mesi con condizione risolutiva ad aggiudicazione Gara Regionale o Aggregata.

Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l'interesse ad essere invitati alla procedura per la fornitura in oggetto presentando apposito preventivo tecnico-economico con schede tecniche dei prodotti.

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL
VITERBO

REGIONE
LAZIO

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

La procedura verrà espletata con le modalità previste dall' art. 50 del D.Lgs. n.36/2023

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura in oggetto, dovranno presentare apposita istanza a questa Azienda a mezzo pec: prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it e contestualmente all'indirizzo mail : miranda.nasonii@asl.vt.it **entro il 14/02/2025** dichiarando ai sensi del D.P.R. 445/00 e ss.ii.mm.:

- che non ricorrono le cause di esclusione di cui agli articoli 90 e 98 del D.Lgs 36/2023.
- di essere inscritta alla C.C.I.A.A. per l'esercizio dell'attività oggetto della fornitura;
- di essere inscritta alla piattaforma di negoziazione telematica della Regione Lazio STEL.LA oppure di aver presentato istanza di iscrizione;

La richiesta dovrà essere corredata da:

- fotocopia di un valido documento di identità del soggetto sottoscrittore:
- schede tecniche ed indicazione delle quotazioni unitarie dei prodotti che potranno essere offerti;

AVVERTENZE:

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici, le manifestazioni d'interesse non vincolano in alcun modo l'Azienda sanitaria, in quanto hanno come unico scopo di rendere noto all'Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare l'offerta.

La procedura di gara effettiva verrà espletata a mezzo piattaforma di negoziazione S.TEL.LA. della Regione Lazio, previa iscrizione della ditta offerente.

Responsabile unico del Progetto: Dott.ssa Tania Morano.

La Dirigente U.O.S. Adempimento e Controllo Applicazione dei Contratti
e Gestione del Budget Centrale e Settoriale
Dott.ssa Tania Morano