

**ASL
VITERBO**

U.O.C. E Procurement

Direttore ad Interim Dr.ssa Simona Di Giovanni

Referente: Dott.ssa Patrizia Paoletti

TEL. 0761/237825

e-mail: patrizia.paoletti@asl.vt.ite-mail: mariacristina.sampietro@asl.vt.it**REGIONE
LAZIO**

PROT. 92616

VITERBO 22-11-2024

AVVISO PER INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO PER LA FORNITURA DI VIDEOCAPSULA MONOUSO PER ENDOSCOPIA DELL'INTESTINO DOTATA DI DUE VIDEOCAMERE PER INDAGINI DI INTESTINO TENUE E CRASSO (COLON), NECESSARI ALLA ASL DI VITERBO.

Si rende noto che, l'ASL di Viterbo necessita di videocapsule monouso per endoscopia dell'intestino dotata di due videocamere per indagini di intestino tenue e crasso, per una stima annua di circa 30 pezzi.

Si tratta di un'indagine conoscitiva, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

CARATTERISTICHE TECNICHE (SALVO EQUIVALENZA FUNZIONALE)

- materiale plastico biocompatibile;
- latex free;
- conformi alla Direttiva 93/42 CEE;
- alimentazione interna a batteria;
- videocapsula endoscopica in grado di processare e inviare immagini a data recorder esterno con visualizzazione in real time con uno schermo di almeno 4";
- a visione frontale;
- di ridotte dimensioni per facilitarne la deglutizione;
- elevata capacità di acquisizione delle immagini al secondo per l'intera durata dell'esame (almeno 6 frame/sec costante);
- elevato angolo di visione (almeno 170°) a 6-8 mm di distanza dalla cupola in vetro;
- risoluzione 300.000 pixels in QVGA;
- avanzato sistema di acquisizione e trasmissione delle immagini;
- illuminazione a 6 LED per una illuminazione ottimale anche in campi lunghi;
- trasmissione segnale video HBC "Human Body Communication" per evitare interferenze radio e per garantire bassi consumi e conseguentemente una durata dell'esame sempre superiore alle 12 ore;
- disponibilità di cintura sensori monouso con possibilità di localizzazione delle capsule.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire in comodato d'uso gratuito:

- stazione di acquisizione ed elaborazione delle immagini con le seguenti caratteristiche: stazione PC completa di monitor da almeno 19 pollici in HD, masterizzatore DVD e cavi di collegamento, sistema operativo compatibile a quello presente in ospedale, licenza a carico del fornitore dell'apparecchio;
- stampante laser a colori con almeno una iniziale dotazione di due kit di stampa;
- software di acquisizione ed elaborazione delle immagini in grado di selezionare le immagini, modulare la velocità di acquisizione delle immagini, identificare i reperti anatomici ed evidenziare i punti sospetti per sanguinamento.

Software dedicato con:

- funzione HDRi (High Dynamic Range image) per una migliore luminosità e profondità delle immagini;
- compatibilità con sistema PACS (sistema di archiviazione e trasmissione di immagini) per archiviazione, trasmissione, visualizzazione e stampa delle immagini diagnostiche;
- possibilità di revisione dell'intero filmato in modalità rapida;
- possibilità di aggiungere commenti sotto le singole diagnosi;
- possibilità di redigere un referto completo in ogni sua parte.

Due set di registrazione composti da:

- sensori antenna o cintura;
- kit per registrazione con possibilità di lettura in real time delle immagini acquisite;
- marsupio/borsello per il trasporto;
- caricabatteria con cavo di alimentazione e cavi USB per collegamento a PC per scarico dati;
- possibilità di lettura in real time delle immagini acquisite.

Viene richiesta, inoltre, formazione e aggiornamento del personale e servizio di manutenzione/assistenza post vendita.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La procedura di affidamento sarà svolta ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, rientrando nella soglia dell'affidamento diretto e l' Operatore Economico dovrà presentare **preventivo tecnico-economico (comprensivo di quanto necessario allo svolgimento dell'indagine endoscopica e con Iva esclusa) per 36 mesi**, a questa Azienda a mezzo PEC : prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it e contestualmente agli indirizzi mail mariacristina.sampietro@asl.vt.it e patrizia.paoletti@asl.vt.it **entro il giorno 06.12.2024** dichiarando:

- che non ricorrono le cause di esclusione di cui agli articoli 90 e 98 del D.Lgs 36/2023
- di essere iscritti alla C.C.I.A.A. per l'esercizio dell'attività oggetto della fornitura
- di essere iscritti alla piattaforma di negoziazione telematica della Regione Lazio S.TEL.LA oppure di aver presentato istanza di iscrizione;
- schede tecniche.

La richiesta dovrà essere corredata da fotocopia di un valido documento di identità del soggetto sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 445/00 e s.i.m.

Responsabile Unico del Progetto: Dr.ssa Tania Morano.

Tale indagine esplorativa di mercato **non vincola** in alcun modo l'Azienda Sanitaria ad assumere alcun rapporto lavorativo.

PP 

Responsabile U.O.S. Adempimento e Controllo Applicazione dei Contratti
e Gestione del Budget Centrale e Settoriale
Dr.ssa Tania Morano

