

**ASL
VITERBO**

U.O.C. E Procurement

Direttore ad Interim Dr.ssa Simona Di Giovanni

Referente: Maria Cristina Sampietro

TEL. 0761/237825

e-mail: mariacristina.sampietro@asl.vt.ite-mail: patrizia.paoletti@asl.vt.it**REGIONE
LAZIO**

PROT. 88945

VITERBO 11-11-2024

AVVISO PER INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO PER LA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA COMPREDENTE DUE STRUMENTI DI BIOLOGIA MOLECOLARE (PCR REAL TIME) PER LA DETERMINAZIONE IN URGENZA DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS (MTB) E RESISTENZA ALLA RIFAMPICINA NELL' ESPETTORATO E DI SARS-COV-2 SU TAMPONE NASO FARINGEO, OCCORENTE ALL' UOC DIAGNOSTICA CLINICA POLO DEL P.O. DI BELCOLLE.

Si rende noto che, il laboratorio analisi del P.O. di Belcolle necessita di due strumenti per la determinazione del Mycobacterium Tuberculosis e resistenza alla rifampicina nell' espettorato e Sars-Cov-2 su tampone naso-faringeo, con fornitura in service, per una stima annua di circa 90 test MTB e resistenza alla rifampicina e 30 test di SARS-COV-2, avente le caratteristiche più avanti esplicitate.

Si tratta di un'indagine conoscitiva, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

CARATTERISTICHE INDISPENSABILI

Il sistema, compredente tutti i reagenti e i controlli necessari per l'esecuzione dell'esame, deve possedere i seguenti requisiti:

- Deve utilizzare la tecnica PCR real time
- Tempo massimo di esecuzione di tutte le fasi del processo analitico (estrazione, amplificazione, determinazione che devono avvenire all' interno dello stesso strumento): ≤ 120 minuti
- Minor rischio per l'operatore nella preparazione manuale del campione di espettorato (MTB)
- Reattivi pronti per singolo test e confezionati per il monouso
- Strumento analisi modulare con possibilità di eseguire più test in contemporanea (almeno due), con accesso random in qualunque fase di lavorazione
- Strumento da banco con minimo ingombro
- Per i test per la ricerca di Mycobacterium Tuberculosis è richiesto limite di rilevabilità (Lod) ≤ 25 cfu/ml
- Software di gestione dei risultati con possibilità di esportare tutti i dati su supporto informatico
- Conformità di tutti i prodotti offerti alla normativa vigente e certificati CE IVD
- Assistenza tecnica telefonica entro le 24 ore e in sede entro 48 ore dalla segnalazione di guasti
- Manutenzione ordinaria e straordinaria della strumentazione
- Supporto tecnico scientifico anche telefonico
- Formazione del personale in sede addetto all' utilizzo della strumentazione

- Aggiornamenti tecnologici previsti
- Elenco degli enti utilizzatori della bibliografia pubblicata in merito all' utilizzo del sistema.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La procedura di affidamento sarà svolta ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, rientrante nella soglia dell' affidamento diretto (importo presunto annuo € 40.000,00) e l' Operatore Economico dovrà presentare **preventivo tecnico-economico (comprensivo di quota noleggio, reagenti e materiale di consumo e con Iva inclusa) per 36 mesi, senza opzioni e rinnovi**, a questa Azienda a mezzo PEC : prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it e contestualmente agli indirizzi mail mariacristina.sampietro@asl.vt.it e patrizia.paoletti@asl.vt.it **entro il giorno 25.11.2024** dichiarando:

- che non ricorrono le cause di esclusione di cui agli articoli 90 e 98 del D.Lgs 36/2023
- di essere iscritti alla C.C.I.A.A. per l'esercizio dell'attività oggetto della fornitura
- di essere iscritti alla piattaforma di negoziazione telematica della Regione Lazio S.TELLA oppure di aver presentato istanza di iscrizione;

La richiesta dovrà essere corredata da fotocopia di un valido documento di identità del soggetto sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 445/00 e s.i.m.

Responsabile Unico del Progetto: Dr.ssa Tania Morano.

Tale indagine esplorativa di mercato non vincola in alcun modo l'Azienda Sanitaria ad assumere alcun rapporto lavorativo.

MCS

Responsabile U.O.S. Adempimento e Controllo Applicazione dei Contratti
e Gestione del Budget Centrale e Settoriale

Dr.ssa Tania Morano

