

**ASL
VITERBO****Unità Operativa Complessa E-Procurement**

Via Enrico Fermi, 15

01100 VITERBO

Direttore ad interim: Dr.ssa Simona Di Giovanni

Tel. 0761 237825 – Fax 0761 237837

e-mail simona.digiovanni@asl.vt.it**Settore Beni Investimento e Informatica**

Tel. 0761 237841/843 – Fax 0761 237837

e-mail francesca.dipietro@asl.vt.it**REGIONE
LAZIO**

PROT. N° 83655

VITERBO, 23-10-2024

PUBBLICAZIONE SUL PORTALE ASL VITERBO

PUBBLICAZIONE SU PIATTAFORMA REGIONE LAZIO S.TEL.LA

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE**MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE CHIAVI IN MANO DI N. 1 ECOTOMOGRFO DA DESTINARE ALLA UOC MEDICINA GENERALE DEL P.O. DI CIVITA CASTELLANA.**

E' intenzione di questa ASL Viterbo procedere ad affidamento ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, tramite TD su piattaforma Regione Lazio "S.TEL.LA." ovvero eventuale TD ME.PA. in caso di non iscrizione della Ditta alla piattaforma regione Lazio S.TEL.LA., della fornitura ed installazione chiavi in mano di n. 1 Ecotomografo da destinare alla UOC Medicina Generale del P.O. di Civita Castellana, configurato come da documento tecnico allegato alla presente.

Base d'asta: € 38.213,53 IVA esclusa.**Requisiti minimi di partecipazione:**L'operatore economico deve:

- a) aver effettuato, nell'ultimo triennio antecedente alla pubblicazione della presente manifestazione di interesse, almeno cinque forniture analoghe (fornitura di ecotomografi), indicando:
 - destinatari (pubblici e/o privati);
 - anno fornitura;
 - importo fornitura;
 - PEC dei destinatari;
 (se in possesso allegare le certificazioni di buona esecuzione delle forniture a comprova del requisito minimo richiesto)
- b) provvedere al ritiro e smaltimento, senza l'addebito di costi aggiuntivi a questa ASL Viterbo, dell'apparecchiatura ecografica riportata nel documento tecnico allegato, producendo a comprova copia del FIR relativo;
- c) espletare le attività di consegna-installazione-collaudo-formazione dell'ecotomografo richiesto, nonché eseguire ritiro e smaltimento con produzione FIR entro e non oltre 30 giorni solari decorrenti dalla data di invio dell'ordinativo NSO.

Gli operatori economici interessati dovranno presentare apposita istanza di partecipazione, su carta intestata, da inviare in risposta alla presente consultazione di mercato su piattaforma Regione Lazio S.TEL.LA., ovvero tramite PEC ai seguenti indirizzi, prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it e p.c. francesca.dipietro@asl.vt.it, dichiarando l'interesse all'affidamento e indicando:

RAGIONE SOCIALE

P.IVA

INDIRIZZO

E-MAIL

PEC

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE

VITERBO

PARTITA IVA 01455570562

VIA ENRICO FERMI, 15

01100 VITERBO

TEL. +39 0761 3391

PEC prot.gen.asl.vt.it@legalmail.itwww.asl.vt.it

entro e non oltre il 31/10/2024 ore 12:00 riportando nell'oggetto: **MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE CHIAVI IN MANO DI N. 1 ECOTOMOGRFO DA DESTINARE ALLA UOC MEDICINA GENERALE DEL P.O. DI CIVITA CASTELLANA.**

Nell'istanza di partecipazione l'operatore economico dovrà presentare i documenti che seguono (requisiti minimi di partecipazione).

- una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale:

1) attesta di aver effettuato, nell'ultimo triennio antecedente alla pubblicazione della presente manifestazione di interesse, almeno cinque forniture analoghe (fornitura di ecotomografi), indicando:

- destinatari (pubblici e/o privati);
- anno fornitura;
- importo fornitura;
- PEC dei destinatari;

(se in possesso allegare le certificazioni di buona esecuzione delle forniture a comprova del requisito minimo richiesto)

2) comunica il fatturato specifico degli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti alla pubblicazione del presente avviso, per la tipologia di fornitura oggetto della presente manifestazione (fornitura di ecotomografi).

Dovranno inoltre essere fornite le dichiarazioni/documentazioni che seguono.

- una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale:

- o attesta che nei propri confronti non sussistono le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023;
- o attesta di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per l'esercizio dell'attività oggetto di fornitura;
- o attesta di essere in possesso di tutti i requisiti minimi richiesti, nessuno escluso;
- o attesta di essere iscritto alla piattaforma Regione Lazio "S.TEL.LA." ovvero di aver presentato istanza di iscrizione (nel caso di mancata iscrizione alla piattaforma Regione Lazio "S.TEL.LA." l'operatore economico dovrà dichiarare di essere iscritto almeno alla piattaforma nazionale Me.Pa.-Consip);
- o comunica il cronoprogramma di consegna-installazione-collaudo-formazione dell'ecotomografo richiesto, nonché esecuzione delle attività di ritiro e smaltimento con produzione FIR, nel rispetto dei termini massimi fissati in 30 giorni solari data invio dell'ordinativo NSO;
- o attesta la disponibilità delle parti di ricambio dell'ecotomografo proposto per almeno 10 anni a decorrere dalla data di scadenza della presente richiesta;
- o attesta che il costo della strumentazione proposta rientra nella somma posta a base d'asta;

- una relazione tecnico-illustrativa, in lingua italiana, da cui risulti la descrizione particolareggiata, il tipo e le caratteristiche delle attrezzature proposte, nonché di qualsiasi accessorio e componente, con allegati depliant illustrativi anch'essi in lingua italiana, con indicati gli aspetti tecnico-funzionali dei beni presentati;

- un elenco di dettaglio della configurazione proposta per le attrezzature richieste, con indicato ogni singolo componente e/o accessorio presenti.

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere trasmessa con file firmati digitalmente e corredati dal documento d'identità del Legale Rappresentante o soggetto giuridicamente titolato dell'impresa.

Si rimanda integralmente al Documento Tecnico in allegato per quanto attiene alle specifiche tecniche che dovranno essere possedute dalle tecnologie occorrenti, alle modalità di erogazione del servizio di assistenza tecnica e manutenzione in garanzia con relativa durata richiesta, quant'altro di natura tecnica.

Qualora, alla scadenza del termine indicato del **31/10/2024 ore 12:00**, pervenga un numero di idonee manifestazioni di interesse superiore a n. 1 (uno), la Stazione Appaltante procederà alla selezione dell'Operatore Economico da invitare alla procedura, previa verifica della rispondenza del prodotto proposto alle condizioni e specifiche tecniche di cui al documento allegato, secondo la modalità di seguito elencata:

- Operatore Economico con il maggior valore di fatturato specifico dichiarato per gli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti alla pubblicazione del presente avviso, per la tipologia di fornitura oggetto della presente manifestazione (fornitura di ecotomografi).

Le manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo l'Azienda all'affidamento in quanto hanno come unico scopo quello di rendere noto all'Amministrazione l'intenzione di partecipare all'eventuale procedura che sarà espletata e la disponibilità ad essere invitati per presentare apposita offerta.


La presente NON costituisce dunque in alcun modo impegno all'acquisto.

La procedura per l'affidamento, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, sarà eventualmente espletata su piattaforma Regione Lazio S.TEL.LA. e solo nel caso in cui l'operatore economico non risulti iscritto a detta piattaforma sarà espletata su Me.PA.

Il Responsabile Unico del Progetto è la dr.ssa Tania Morano.

Il Dirigente Responsabile
UOS Adempimento e Controllo Applicazione dei contratti e
gestione del budget centrale e settoriale
Dr.ssa Tania Morano



FDP


DOCUMENTO TECNICO

**«Fornitura di un Ecotomografo da destinare alla UOC Medicina Generale Civita
Castellana della ASL di Viterbo»**

OGGETTO DELL'INDAGINE ESPLORATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente Procedimento ha ad oggetto:

- a) Fornitura full risk di un Ecotomografo da destinare alla UOC Medicina Generale Civita Castellana della ASL di Viterbo, comprensiva dell'installazione, di ogni accessorio e di quant'altro dovesse risultare necessario per il regolare, corretto e sicuro uso e funzionamento delle Apparecchiature fornite;
- b) l'erogazione di Servizi Accessori di manutenzione full risk ed assistenza tecnica sulle apparecchiature fornite per l'intero periodo della garanzia, pari almeno a 2 anni, comprensivi anche della fornitura di apparecchiature sostitutive;
- c) ritiro e smaltimento del sistema presente come di seguito dettagliato;

Le forniture dovranno essere consegnate ed installate chiavi in mano presso i locali della UOC Medicina Generale Via Vincenzo Ferretti, 169, 01033 Civita Castellana VT.

L'importo massimo disponibile e non superabile per l'acquisto del sistema sopra indicato è fissato in euro € 38.213,53 € IVA esclusa.

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE PRESTAZIONI

Premessa

L'eventuale presenza di acronimi o definizioni di funzionalità proprietarie utilizzate nelle preser ti specifiche tecniche non deve essere intesa come elemento di esclusiva ma come "definizione meramente indicativa", volta ad individuare le funzioni richieste e tutte quelle alle stesse equivalenti.

Le apparecchiature devono essere dotate di tutte le parti e gli accessori necessari al loro corretto, sicuro ed immediato completo funzionamento.

Le apparecchiature dovranno possedere le caratteristiche tecniche e funzionali minime dettagliate di seguito.

A. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME

Ecotomografo digitale di ultima generazione ad elevate prestazioni, corredati di preset e di software di calcolo, misura ed analisi specifici per l'impiego clinico prevalente cui sono destinati, come di seguito descritti:

- **TECNOLOGIE DI SCANSIONE**
 - Ampia varietà di metodiche di scansione supportate almeno: convex, microconvex/vettoriali, lineari, endocavitare e settoriali elettroniche
 - Modalità di lavoro disponibili almeno le seguenti: B-Mode, Color, Color
 - Doppler (CFM), Power Doppler (PD), Doppler Pulsato (PW)
 - Tecnologia multi-frequenza con ampia disponibilità di differenti frequenze sulle varie modalità di lavoro selezionabili da interfaccia indipendentemente ciascuna sonda
- **CARATTERISTICHE TECNICHE**
 - Beamformer digitale
 - Elevato numero di canali digitali contemporaneamente attivi in ricezione e trasmissione
 - Elevata risoluzione spaziale e di contrasto
 - Dotato di almeno 256 livelli di grigio
 - Dotato di almeno quattro connettori/porte universali contemporaneamente attive per il collegamento di qualsiasi tipo di sonda per imaging (NO pensil) selezionabili da interfaccia
 - HD ad elevata capacità di storage e calcolo

- CARATTERISTICHE FUNZIONALI
 - Cine Memory con elevato numero di frames
 - Dotato di Zoom acustico in scrittura con aumento del frame rate e della risoluzione
 - Dotato di pacchetti software dedicati all'impiego clinico previsto di ultima release completi di tutte le misurazioni biometriche specifiche (distanze, aree, circonferenze, volumi, rapporti tra distanze, gradienti, etc.) attivi su immagini congelate e/o da archivio e su clip con possibilità di calcoli automatici in tempo reale
 - Sistemi per l'attenuazione dei rumori atti al miglioramento della qualità complessiva dell'immagine
- ERGONOMIA DI UTILIZZO
 - Interfaccia utente caratterizzata da semplice e intuitiva selezione di funzioni ed impostazioni e gestione dei menù
 - Pannello di controllo touch screen configurabile a piacere con le principali funzioni
 - Possibilità di memorizzare elevato numero preset operativi per qualsiasi tipologia di scansione, parametri di regolazione, sonda ed utilizzatore
 - Facilità ed ergonomia d'uso con particolare riguardo alle operazioni di pulizia e sanificazione di tutte le parti
- ALLESTIMENTO/CONFIGURAZIONE
 - Tutte le licenze SW dovranno essere concesse in uso a tempo illimitato
 - Dotato di consolle/pannello operativo regolabile in altezza e orientabile, con touch screen a colori di dimensioni non inferiori a 10"
 - Dotato di monitor LCD a colori ad alte prestazioni e altissima risoluzione di dimensione non inferiore a 21" installato su supporto regolabile nelle diverse direzioni
 - Completati di carrello ergonomico integrato per il supporto del sistema e delle sue periferiche, di dimensioni e caratteristiche di alimentazione adatti allo spostamento intra-ospedaliero occasionale
 - Complessivamente di peso e dimensioni di ingombro ridotti
 - Dotato di maniglie o altri dispositivi per una comoda movimentazione
 - Completo di stampante per bioimmagini Bianco/Nero
 - Dotato di ogni componente hardware/software necessaria all'interfacciamento con il sistema RIS/PACS in uso, Elefante.net di Agfa, compresi protocolli DICOM 3.0 per almeno le classi Worklist management, Storage (send/receive), Print, Query/retrieve.
- Impiegato per lo studio delle dimensioni, della morfologia e della risposta meccanica dei tessuti (elasticità) di organi interni e strutture superficiali nonché della valutazione funzionale del letto vascolare profondo
- Ulteriore disponibilità di metodiche di scansione supportate es. volumetrica, ecc.
- Dotato di pacchetto cardiologico di base
- Dotato di modulo per elastosonografia con immagine duale e simultanea, in real time sull'intera immagine ecografica. Campionamento su più ROI modificabili dall'operatore.
- Elevata profondità di scansione indicativamente non inferiore a 30 cm
- Parametri di regolazione dell'immagine:
 - Elevato frame-rate in tutte le scansioni (indicativamente non inferiore a 200 frame/sec)
 - Elevato range dinamico (indicativamente non inferiore a 100 dB)
- Trasduttori elettronici di ultima generazione in dotazione
 - Sonda phased array per cardiologia adulti con range di frequenza da almeno 2 a 4 MHz
 - Sonda convex per esami addominali con range di frequenza da almeno 2 a 5 MHz

- o Sonda lineare con possibilità di steering, attivabile anche in color Doppler, con range di frequenza da almeno 5 a 12 MHz e campo di vista impostabile dall'operatore

DICHIARAZIONE CONFORMITA' E CERTIFICAZIONI CE

Dovranno essere presentate, in sede di proposta tecnica, le seguenti documentazioni:

- dichiarazioni di conformità e certificazioni CE ai sensi del D.Lgs. n.37/2010, che recepisce la Direttiva 47/2007/CE che emenda la Direttiva 93/42/CE - Dispositivi Medici, ovvero del Regolamento UE 2017/745, con indicato il numero dell'organismo certificato che le ha rilasciate
- La ditta dovrà dichiarare espressamente nella proposta che le apparecchiature proposte sono costruite a regola d'arte e sono conformi alle prescrizioni previste dalla normativa italiana in materia.

All'atto del collaudo, dovrà essere consegnato manuale d'uso in duplice copia in formato cartaceo e digitale, in lingua italiana.

È possibile presentare proposta per un'apparecchiatura anche non conforme alle specifiche sopra riportate purché funzionalmente equivalente dal punto di vista clinico. In tal caso la proposta dovrà essere corredata da una relazione tecnica che, evidenziando le non conformità, motivi l'equivalenza funzionale anche con eventuali riferimenti bibliografici.

SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Il Fornitore dovrà erogare un servizio di manutenzione *full risk* e di assistenza tecnica, comprensivo di tutti gli interventi che dovessero rendersi necessari, durante tutto il periodo di garanzia a decorrere dalla data del collaudo tecnico di accettazione riportante esito positivo.

In particolare, l'impresa su tutte le Apparecchiature di cui alla lettera A), comprensive di periferiche, accessori, parti di ricambio, nonché di ogni altro componente che dovesse risultare necessario per il regolare, corretto e sicuro uso e funzionamento delle attrezzature stesse, dovrà garantire le seguenti prestazioni, pena l'applicazione delle penali previste:

- Manutenzione Programmata, in numero non inferiore a 1 anno o in numero maggiore secondo le indicazioni del costruttore;
- interventi di Manutenzione Correttiva in numero illimitato, da effettuarsi entro le tempistiche dichiarate in offerta e comunque entro e non oltre 16 ore lavorative dalla chiamata, finalizzati alla riparazione guasti o malfunzionamenti da qualsiasi causa determinati (i.e., difetti di fabbrica, cattivo utilizzo, imperfezione nell'installazione/montaggio, etc.);
- in caso di guasto o malfunzionamento che, per qualsiasi ragione, dovesse comportare un'interruzione del funzionamento superiore a 3 giorni lavorativi consecutivi, sostituzione dell'Apparecchiatura (o di una o più parti di essa), con altra di uguali caratteristiche entro le tempistiche dichiarate in offerta e comunque entro e non oltre i suddetti 3 giorni lavorativi consecutivi.

L'Azienda, a proprio insindacabile giudizio, potrà richiedere la sostituzione dell'Apparecchiatura (o di una o più parti di essa) anche in caso di guasti o malfunzionamenti frequenti e ripetuti.

In ogni caso, le tempistiche di risoluzione del guasto non possono essere superiori a 3 giorni lavorativi consecutivi.

La strumentazione di misura utilizzata per eventuali tarature/calibrazioni dovrà rispettare una taratura almeno annuale. Tolleranze superiori potranno essere accettate a seguito di evidenza documentale e procedurale a carico della ditta aggiudicataria.

PROVA CLINICO-PRACTICA

Non è prevista una prova clinica.

LUOGO E TEMPISTICHE DI CONSEGNA E INSTALLAZIONE

La consegna e l'installazione chiavi in mano dovranno avvenire entro e non oltre 15 giorni solari dalla ricezione, da parte dell'impresa, del Documento di Stipula MEPA/dell'ordinativo NSO, salvo tempistiche inferiori indicate nella proposta tecnica dall'impresa medesima.

L'impresa dovrà assicurare la compatibilità delle Apparecchiature con i supporti e con la preesistente impiantistica dell'Azienda. L'impresa dovrà effettuare, a propria cura e a proprie spese, tutte le modifiche e/o adeguamenti ai supporti e alla preesistente impiantistica dell'Azienda, nel caso in cui ciò sia necessario a garantire il funzionamento delle Apparecchiature, previa autorizzazione dell'Azienda medesima. Contestualmente alla consegna delle apparecchiature, l'impresa dovrà fornire il manuale d'uso in lingua italiana, anche su supporto informatico, il manuale del sistema operativo in lingua italiana e, ove occorra, le licenze d'uso.

RITIRO E SMALTIMENTO

Si intende incluso nel Servizio il ritiro e lo smaltimento delle seguenti apparecchiature, compreso la produzione del FIR di avvenuto smaltimento:

- o Inv. 750003046 s/n 7711- ECOTOMOGRFO PORTATILE-MYLAB 30-ESAO7E SPA-OSPEDALE CIVITA CASTELLANA-CARDIOLOGIA CIVITA CASTELLANA

COLLAUDO

Ai fini dell'attivazione e della messa in esercizio, la ASL Viterbo, entro 15 (quindici) giorni dalla consegna/installazione di cui al precedente paragrafo, procederà con le attività di collaudo.

In particolare, ASL Viterbo procederà a verificare, per ciascuna Apparecchiatura fornita, la funzionalità e la conformità rispetto a tutte le condizioni previste dal presente Documento Tecnico, dalla proposta tecnica presentata dall'impresa, dalle vigenti norme, dagli standard e dalle prescrizioni di cui alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

Il Collaudo Iniziale avrà luogo alla data che sarà indicata dalla ASL in una apposita comunicazione che sarà trasmessa all'impresa.

In caso di mancata presentazione dell'impresa, troveranno applicazione le penali previste dal presente Documento Tecnico.

I riferimenti ASL per l'organizzazione della consegna e del collaudo sono quelli della UOC Ingegneria Clinica Impiantistica ed Edile, ed in particolare: Ing. Diego Basile, diego.basile@asl.vt.it, 3351427825 e/o Ing. Camilla Valentini camilla.valentini@asl.vt.it.

Il Collaudo Iniziale avverrà in contraddittorio tra l'impresa ed esponenti dell'Azienda, appartenenti all'UOC Ingegneria Clinica Impiantistica ed Edile ed all'U.O. destinataria delle Forniture.

Si intendono incluse nelle operazioni di collaudo anche tutte le verifiche documentali ed elettriche da parte dell'UOC Ingegneria Clinica Impiantistica ed Edile.

Alla conclusione delle attività sopra citate, sia in caso di esito positivo che negativo, sarà predisposto dall'Azienda apposito verbale di Collaudo Iniziale.

Nell'ipotesi di esito negativo, l'impresa dovrà ritirare e sostituire le Apparecchiature risultate difettose (o una o più parti di esse) entro le tempistiche dichiarate nella proposta tecnica e comunque non oltre 24 ore lavorative dalla conclusione delle attività di collaudo. Il collaudo di cui trattasi dovrà essere ripetuto entro il termine che sarà indicato dall'Azienda nell'apposito verbale. In caso di mancato o ritardato adempimento troveranno applicazione le penali previste dal presente Documento Tecnico.

Il collaudo potrà intendersi concluso solo ad integrale fornitura delle attrezzature e relativi componenti, accessori etc., nonché solo al recepimento della relativa completa documentazione cartacea, inclusi atti comprovanti l'avvenuta corretta effettuazione del percorso di formazione e dell'avvenuto ritiro/smaltimento, ove richiesto.

Esclusivamente al completamento della pratica di collaudo nelle sopraindicate condizioni, la UOC competente potrà trasmettere copia dei documenti in parola alla UOC E-Procurement, indispensabile ai fini della liquidazione delle competenze spettanti.

FORMAZIONE

L'impresa dovrà inoltre garantire corsi di aggiornamento e di formazione del personale medico, paramedico e tecnico, sulla base di quanto previsto nella proposta tecnica, inviando gratuitamente in luogo tecnici specializzati

che dovranno fornire, a tutto il personale Asl addetto, tutti i necessari chiarimenti tecnici e le istruzioni per l'uso. La presenza dei tecnici specializzati dovrà prolungarsi sino all'acquisizione di una sufficiente conoscenza delle apparecchiature da parte del personale Asl preposto. Al termine dell'addestramento dovrà essere rilasciato al personale Asl un attestato che certifichi l'acquisizione della idonea conoscenza delle apparecchiature installate.

L'impresa dovrà altresì garantire, per tutta la durata della garanzia, la disponibilità di personale specializzato per ulteriori necessità di addestramento e/o per consulenze.

PENALI

Fatta salva la responsabilità da inadempimento ed il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'impresa sarà tenuta a corrispondere alla ASL Viterbo le seguenti penali:

- 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nella consegna/installazione delle Apparecchiature, rispetto al termine richiesto ovvero dichiarato con la propria proposta tecnica se migliorativo;
- 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella conclusione delle attività di collaudo, rispetto al termine richiesto ovvero dichiarato con la propria proposta tecnica se migliorativo;
- 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nel presenziare alle sedute di Collaudo che saranno concordate e calendarizzate con questa ASL;
- 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nel ritiro e nella sostituzione delle Apparecchiature (o di una o più parti di esse) risultate in fase di Collaudo difettose ovvero con vizi/difetti di fabbrica, rispetto al termine richiesto ovvero dichiarato con la propria proposta tecnica se migliorativo;
- 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nel presenziare nelle sedute di Formazione che saranno concordate e calendarizzate con questa ASL;
- 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'effettuare le Manutenzioni Preventive Programmate previste che saranno concordate e calendarizzate con questa ASL;
- 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nell'espletamento della Manutenzione Correttiva sulle Apparecchiature, rispetto al termine richiesto ovvero dichiarato con la propria proposta tecnica se migliorativo;
- 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella sostituzione dell'Apparecchiatura (o di una o più parti di essa), con altra di uguali caratteristiche, entro le tempistiche dichiarate nella proposta tecnica e comunque entro e non oltre 3 giorni lavorativi consecutivi, in caso di guasto bloccante o malfunzionamento che comporti interruzione del funzionamento superiore ai suddetti 3 giorni lavorativi consecutivi.

U.O.C. INGEGNERIA CLINICA EDILE IMPIANTISTICA
Direttore Ing. Luca Ronca

U.O.C. MEDICINA GENERALE CIVITA CASTELLANA
Direttore Dr. Donato Di Donato
DI DONATO DONATO
1101200130808850